

界面検知器 仕様書

納入場所	犀川安曇野流域下水道事務所 管理棟2階事務所 安曇野市豊科田沢6709
調達物品名	界面検知器 チェックボーイ CB-01 型 (セントラル科学製) 1組 1組当たりの構成は以下のとおり 界面検知器チェックボーイ CB-01 1個 標準付属品を付けること
規格	相当品として見積もる場合は以下の仕様を満たすこと ・検知動作 音によるアラーム ・使用温度 0~50℃ ・本体構造 防湿・防滴構造 ・センサ構造 防水構造 ・ケーブル長 10m
納入期限	令和6年8月30日
備考	・未使用の新品であること。 ・日本語の取扱説明書を添付すること。 ・納入後1年間を無償保証期間とし、納入者側に起因する精度不良、動作異常等の故障の場合は、速やかに無償にて修理・調整を行うものとする。 ・発注者の指定する場所に設置し、正常に稼働することを確認すること。 ・納入及び設置費用は見積額に含めること。 ・発注者の求めに応じて操作説明を行うこと。